



L. dz. ZP/2311/47/1865/2024

Elbląg, dn. 27.11.2024r

Sprawa: Zapytanie ofertowe nr ZP/2311/47/1822/2024 na „Dostawę drobnego sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 26-11-2024r. Zamawiający, na podstawie rozdziału 8 ust. 3) lit. c wyjaśnia i zmienia treść zapytania ofertowego:

#### *Pytanie Wykonawcy nr 1*

Dotyczy OPZ pkt.11 – trener oddechowy. Czy dopuszczacie państwo 3 szt bez dodatkowych 30 ustników i rurek. Typ Tri-gym i podobne to proste urządzenia przeznaczone dla 1 pacjenta/osoby bez wymiennych elementów. Jeśli potrzeba więcej to należy zakupić więcej urządzeń. Druga opcja to trenerzy profesjonalny z wyświetlaczem i wymiennymi elementami – używany w szpitalach, ale tu koszt jednego trenera przekroczy znacznie nawet 30 sztuk tego tri-gym.

#### *Odpowiedź Zamawiającego*

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 11 załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie: „*Trenażer oddechowy typu TRI-GYM lub produkt równoważny to aparat do treningu oddychania działający w dwóch trybach pracy: wdechu i/lub wydechu.*

*Parametry produktu: Posiada ustawienia oporności przez regulację dla obu trybów, które kontrolują przepływ powietrza niezależnie. Aparat zbudowany jest z trzech cylindrów, pokazujących szybkość przepływu powietrza (600, 900, 1200 ml/s). Umieszczone w nich różnokolorowe kulki wskazują przybliżony przepływ powietrza przez trenażer oddechowy. W zestawie: rurka i ustnik.*

#### Załącznik:

Załącznik nr 2 OPZ-zmiana z dnia 27.11.2024

REKTOR  
  
.....  
dr inż. Jarosław Nierechajko, prof. uczelni  
podpis i pieczęć

