



Elbląg, dn. 15-12-2022 r.

L.dz. ZP/TP/2312/33/2428/2022

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZP/TP/2312/33/1884/2022 na : **Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści OPZ będącego załącznikiem SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13-12-2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) - dalej PZP, zmienia i wyjaśnia treść:

- I. w zakresie Część XII: Dostawa zestawu wkładek z węgla spiekane dla ANS w Elblągu
1. Czy w zadaniu XII zamawiający poprzez 2 kpl. rozumie 2 szt. naczyń (tyle jednorazowo obsługuje młyn MM 400) czy 2 komplety po 2 naczynia (łącznie 4 naczynia)?
Ad. 1
Zapis 2 kpl. Zamawiający rozumie jako 2 komplety po 2 naczynia (łącznie 4 naczynia)
 2. Czy zamawiający dopuści ofertę bez gwarancji producenta biorąc pod uwagę fakt, że są to elementy eksploatacyjne które zużywają się w trakcie ich używania?
Ad. 2
Zamawiający rezygnuje z gwarancji dotyczącej wkładek z węgla spiekane

Jednocześnie Zamawiający:

- a) zmienia podpis tabeli zawarty w OPZ w rozdziale III ust. 12 :
Zestaw wkładek z węgla spiekane- 2 kpl. (rozumianych jako 2 komplety po 2 naczynia- łącznie 4 naczynia).
- b) zmienia wymóg zawarty w OPZ w rozdziale III ust. 12 lit b):
Gwarancja: Zamawiający nie wymaga gwarancji

zał nr 1 . Zmieniony OPZ

REKTOR

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni
podpis i pieczęć